

Indicator biologic sterilizare fiola 24h autoclav



Pret:

9,33 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Indicatorul biologic Bionova® BT20 este proiectat pentru a controla procesele de sterilizarea cu abur la 121 la 134 ° C.

In cazul in care procesul de sterilizare este incorect indicatorul din fiola se va schimba de la violet la galben dupa incubare la 60 ± 2 ° C , indicand astfel prezenta de spori vii de Geobacillus stearotherophilus.

Daca procesul de sterilizare este corect indicatorul de mijloc ramane violet.

Citirea finala trebuie efectuata la 24 de ore de incubare la 60 ± 2 °C.

Mod de prezentare

1 x fiola