Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Piesa contraunghi motor endodontic X-Treme - SIFARY



Pret:

907,79 lei TVA inclusa

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Descriere produs:

Piesa contraunghi SIFARY pentru motorul endodontic E-Xtreme este concepută pentru a oferi un control perfect în procedurile stomatologice. Aceasta asigură o rotație precisă și eficientă, fiind ideală pentru proceduri complexe de endodonție. Construită din materiale de calitate superioară, piesa garantează o durată de viață extinsă și o compatibilitate perfectă cu sistemele SIFARY. Cu un design ergonomic, piesa contraunghi permite o manevrabilitate confortabilă, reducând oboseala în timpul utilizării prelungite.

Componente principale:

- **Material:** Oțel inoxidabil de calitate medicală.
- **Mecanism intern de rotație precisă**, optimizat pentru endodonție.
- **Sistem de prindere și eliberare rapidă** pentru un schimb eficient al accesoriilor.
- **Compatibilitate ridicată:** Compatibilă cu motorul E-Xtreme și alte echipamente stomatologice din gama SIFARY.

Caracteristici tehnice:

- **Raport de transmisie:** 1:1, pentru un control optim și precizie în timpul tratamentelor.
- **Temperatura de sterilizare:** Rezistentă la sterilizare la temperaturi de până la 134°C, compatibilă cu majoritatea autoclavurilor.
- **Greutate redusă:** Permite o manevrare ușoară și confortabilă pentru utilizare îndelungată.
- **Durabilitate:** Construcția din materiale durabile asigură o performanță constantă și o rezistență sporită la uzură.

Instrucțiuni de utilizare:

1. **Conectați piesa contraunghi** la motorul endodontic, asigurând o fixare corectă.
2. **Verificați integritatea mecanică** și sterilizați piesa conform normelor stomatologice înainte de utilizare.
3. După utilizare, **curățați și sterilizați piesa** pentru a preveni contaminarea și a asigura o durată de viață prelungită.
4. **Lubrifiați regulat mecanismul intern**, pentru a menține performanțele optime și a preveni uzura prematură.

Notă:

Este recomandat ca piesa contraunghi să fie întreținută și reparată periodic de către personal calificat, pentru a menține performanțele optime și siguranța pacienților. Utilizarea pieselor de schimb originale SIFARY este esențială pentru a evita daunele echipamentelor.